

Guantes de Examen Desechables

NUEVO



Registro INVIMA 2012DM-0008560 ISO9002



FICHA TECNICA

- Guantes AQL 1.5
- Elaborados en látex natural.
- Ambidextros, cómodos y de fácil postura.
- No estériles
- Pre-entalcados con almidón.
- Con orillo
- Empaque: Dispensador : 100 unidades por peso- Caja: 10 dispensadores
- Tallas: XS, S, M, L
- Propiedades Físicas según ASTM D3578: (00)-(01)

ESTANDARES DE CALIDAD

- Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9002.
- Cumple y/o excede los estándares ASTM 3578-95
- Cumple y/o excede los estándares europeos EN 455-1/2/3.
- Cumple y/o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- Auditado por SGS.
- Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP. ■ Plan de Muestreo ISO 2859

PROPIEDADES FISICAS	ESTANDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTANDARES ASTM D 3578 (01)	
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUES DE ENVEJECIMIENTO
Fuerza Tensil	Min.21MPa.	Min.16MPa.	Min.14MPa.	Min.14MPa.
Elongación	Min.700%	Min.500%	Min.650%	Min.500%

	AQL	Nivel de Inspección
Huecos	1.5	S-4
Apariencia	2.5	S-4
Dimensiones	4.0	S-2

Caja x 100un	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD	CODIGOS DE BARRAS		UNIDAD
	1	2		1	2	
	770 727036	3646	770 727036	770 727036	7453	770 727036
	770 727036	3653		770 727036	7460	
	770 727036	3660		770 727036	7477	
	770 727036	3677		770 727036	7484	

EXAMTEX